

Lệ Thủy, ngày 16 tháng 04 năm 2025

Số: 256 /BV
Về việc yêu cầu báo giá

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa máy móc thiết bị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Nguyễn Hữu Thảo, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại: 0912.690.155.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Tổ dân phố Xuân Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 16 tháng 04 năm 2025 đến trước 08h ngày 28 tháng 04 năm 2025.⁽²⁾

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá


1. Bệnh viện liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sửa chữa Hệ thống chụp cắt lớp vi tính				Khoa	16/05/

	- Model: RevolutionACTs - Hãng sản xuất: GE - Xuất xứ: Ấn Độ - Năm sản xuất: 2018			Chẩn đoán hình ảnh - TDCN, Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy	2025
1	Sửa chữa máy tính điều khiển Model: SFX-PS236 Hãng sản xuất: Fuji Xerox Co., Ltd Số máy: PSU23A	Nội dung sửa chữa: Sửa chữa main board chính. Sửa chữa khối nguồn. Cài đặt lại phần mềm	Lần	01	
2	Sửa chữa tủ điều khiển PDU	Nội dung sửa chữa: Sửa chữa lỗi bị mất Phase của tủ nguồn PDU	Lần	01	
3	Bảo dưỡng toàn bộ máy	Quy trình bảo dưỡng: A. Kiểm tra bảo dưỡng: an toàn và tính hợp lệ, bao gồm: 1. Hệ thống: Kiểm tra nút khẩn cấp, đèn báo X ray, còi báo X ray, nút nhấn abort Kiểm tra các tem cảnh báo, bản ghi các lỗi máy, đầu cuối cáp tiếp địa, phantom check. Kiểm tra an toàn nhiệt đầu đèn 1. Bàn điều khiển: Kiểm tra chức năng intervoice, cáp và đầu cuối cáp nguồn 2. Gantry: Kiểm tra các bộ phận và cáp trên gantry có được cố định chắc chắn không Kiểm tra cố định gantry và đẳng tâm 3. Bàn bệnh nhân: Kiểm tra giá đỡ đầu, vỏ bàn bệnh nhân Kiểm tra hai tấm đệm Kiểm tra tiếp giáp tấm đệm với bàn trượt và vỏ bàn bệnh nhân Kiểm tra bàn trượt và thanh ray Kiểm tra khe gài giá đỡ đầu Kiểm tra sensor tiếp xúc Kiểm tra nút latch Kiểm tra khóa nội bộ bàn bệnh nhân và gantry Kiểm tra điểm cố định và đường đẳng tâm B. Kiểm tra bảo dưỡng: chất lượng hình ảnh, bao gồm: Hệ thống: Kiểm tra hình ảnh Kiểm tra đường cong bộ lọc Kiểm tra và làm sạch bề mặt detector	Lần	01	

		Kiểm tra đường cong bộ lọc C. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống, bao gồm: 1. Hệ thống: Kiểm tra bộ đếm của das 2. Bàn điều khiển: Kiểm tra và làm sạch các cửa lọc gió 3. Gantry: mỡ bôi trơn trên trụ đỡ chính 4. Bàn bệnh nhân: Kiểm tra độ căng của dây bàn trượt 5. XG: Kiểm tra dầu đầu đèn và điểm nối HV, Kiểm tra dầu biến thế và đầu nối HV, Kiểm tra cáp nối HV 6. PDU: Kiểm tra đầu cuối cáp. D. Căn chỉnh, bao gồm: 1. Bàn điều khiển: Kiểm tra các quạt 2. Gantry: Kiểm tra số vòng quay của gantry, kiểm tra đèn định vị, kiểm tra dây đai 3. Bàn bệnh nhân: Kiểm tra quạt E. Vệ sinh, bao gồm: (Vệ sinh toàn bộ các board mạch, linh kiện, cáp kết nối của hệ thống) 1. Bàn điều khiển: vệ sinh chuột, đảm bảo độ nhạy, di chuyển, vệ sinh màn hình và bên ngoài bên trong bàn điều khiển 2. Gantry: vệ sinh vỏ gantry bên trong gantry 3. Bàn: vệ sinh vỏ bàn, bên trong bàn và hệ thống trượt.				
--	--	---	--	--	--	--

Ghi chú: Nhà cung cấp dịch vụ chào giá phải bao gồm thuế và các loại phí, tiền công kỹ thuật, bảo hành, chi phí đi lại, vận chuyển hàng hóa dịch vụ đến tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy.

2. Nhà cung cấp dịch vụ chào giá theo mẫu sau (Kèm theo) 

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD BV (b/c);
- Website Bệnh viện;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Ngô Đức Vượng